



**(DECLARATION OF CONFORMITY)
DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC**



MY
(we)

CAS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Chrościckiego 93/105,
02-414 Warszawa
www.WagiCAS.pl

oświadczamy, że wyrób:
(declare that following product)

Produkt:
(product)

Waga nieautomatyczna
(non-automatic weighing instrument)

Producent:
(manufacturer)

CAS CORPORATION

Typ:
(type)

SW-1 (SW-1SR PLUS, SW-1CR PLUS, SW-1WR PLUS)

jest zgodny z następującymi dyrektywami :
(conform to the following directives)

EMC Dyrektywa

2004/108/EC (dawniej 89/336/EEC); Ustawa z 13.04.2007r.
o kompatybilności elektromagnetycznej, Dz.U. 82 z 2007 poz. 556)
2004/108/EC – formerly 89/336/EEC – electromagnetic compatibility)

(EMC Directive)

Wykonawca:

**HCT CO. LTD – SAN 136-1, AMI-RI, BUBAL EUP, ICHEON-SI,
KYOUNGKI-DO, 467-701, KOREA**

Caried out by

Użyte standardy:

EN 61326:1997+A1:1998+A2:2001+A3:2003, EN 61000-3-2:2000

(standards used)

EN 61000-3-3:1995+ A1:2001

EN 61000-4-2:1995+A1:1998+A2:2001

EN 61000-4-3:2002+A1:2002

EN 61000-4-4:1995+A1:2001

EN 61000-4-5:1995+A1:2001

EN 61000-4-6:1996+A1:2001

EN 61000-4-11:2004

Nr projektu

Test Report No. HCT-C07-0808

LVD (Dyrektywa

2006/95/EC (dawniej 93/68/EEC); Rozporządzenie MG z 21.08.2007,
Dz.U.155 z 2007 poz. 1089) – bezpieczeństwo elektryczne
2006/95/EC – formerly 93/68/EEC) – electrical security)

(LVD Directive

Model zasilacza:

HAPU05XY („X” może być też: A, B, C, E, F, H, J, M, X, Y, Z; „Y” może być 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Wykonawca :

TUV Product Service GmbH

(carried out by)

Ridlerstr, 65, D-80339, Munchen, Germany

Użyte standardy :

EN 60950-1:2001 First Edition

(standards used)

Raport z testów nr :

081-50824-000

(test report no.)

NAWI Dyrektywa

2009/23/EC (dawniej 90/384/EEC); Rozporządzenie MGiPS z 11.12.2003,
Dz.U. 4 z 2004 poz. 23) – zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych
2009/23/EC – formerly 90/384/EEC) - metrological aspect of non-automatic weighing instruments)

(NAWI Directive

Wykonawca

NWML Notified Body Number 0126

Caried out by

Stanton Avenue Teddington TW11 OJZ, United Kingdom

Użyte standardy:

EN 45501

Standards used

Nr raportu:

SN 1025, SN 1027, SN 1029

EC-TAC No.

UK2829

Nazwisko: Piotr Dobruszek – Prokurent
(name)

Data: 03 września 2012
(date)